



神华宁夏煤业集团有限责任公司

400 万吨/年煤炭间接液化项目

通用要求

业主文件编号：HQC-01300-185-SP-0038

寰球文件编号：2091G-01300-1810-18-SP-0006

This document is the property of CHINA HUANQIU CONTRACTING & ENGINEERING CORP. (HQCEC), unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted. 本文件为中国寰球工程公司财产，未经本公司许可不得转给第三者或复制。							
			王欣月	吴帆			
T00	2017-04-10	供招标	王欣月	吴帆			刘燕儒
版次	日期	说明	编制	校核	审核	审定	项目经理

 神华宁煤集团 SHENHUA NINGXIA COAL INDUSTRY GROUP  中国寰球工程公司 CHINA HUATONG ENGINEERING & CONSULTING COMPANY		项目名称：神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目	
业主文件编号	HQC-01300-185-SP-0038	文件名称	通用要求
寰球文件编号	2091G-01300-1810-18-SP-0006		

目录

1.	概述	2
2.	通则	2
3.	现场条件	4

 神华宁煤集团 SHENHUA NINGXIA COAL INDUSTRY GROUP		 中国寰球工程公司 CHINA HUANQIU ENGINEERING COMPANY & HONGKONG HUANQIU ENGINEERING COMPANY LIMITED		项目名称：神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目	
业主文件编号	HQC-01300-185-SP-0038		文件名称	通用要求	
寰球文件编号	2091G-01300-1810-18-SP-0006				
设备/材料			正构烷分析气相色谱仪		
位号					

本供货范围包括以下三个部分：

- 第一部分：概述
- 第二部分：通则
- 第三部分：现场条件

 		项目名称：神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目	
业主文件编号	HQC-01300-185-SP-0038	文件名称	通用要求
寰球文件编号	2091G-01300-1810-18-SP-0006		

1. 概述

本请购文件详细说明神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目询价时所需的采购条件。

业主：神华宁夏煤业集团有限责任公司

地址：宁夏回族自治区宁东煤化工基地

2. 通则

卖方提供国内或地区生产的成熟可靠、目前技术先进的仪器。并在近 3 年内同类化工装置至少 2 次以上成功应用业绩。

2.2 特殊工具

厂商/供货商要提供所供范围内的制造、吊装、安装、测试和维修保养所必须的特殊工具和器械。这些工具器械要求容易识别，并且放在带锁的钢柜里。厂商/供货商还要提供特殊工具的清单和相关文件说明。这部分报价要与其他部分分开但同时要包含在合同总价中。

2.3 现场服务

☒ 需要 ☐ 按照买方要求提供 ☐ 不需要

厂商/供货商应派人员提供但不仅限于以下服务

☒ 现场安装

☒ 调整和/或校正工作

 		项目名称：神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目	
业主文件编号	HQC-01300-185-SP-0038	文件名称	通用要求
寰球文件编号	2091G-01300-1810-18-SP-0006		

[X] 操作指导和/或培训

2.4 对客户员工的培训

[X] 需要 [] 不需要

厂商/供货商应在其工作地点向买方提交其承诺的对客户的培训计划。原则上，培训内容应包括对其设备操作和维护保养。

2.5 运输和包装说明

厂商/供货商应满足总包商合同要求。

所有设备应彻底清除残余碎片、垃圾、焊渣、碎屑和其它异物，干燥并准备好运输。

设备材料都应有针对海运或公路运输，以及在现场储存至少 18 个月的保护措施。设备要求得到保护以抵御一切不利的自然因素，如：潮湿、雨淋、尘土、污垢、沙尘、盐碱、空气、盐雾和海水。

2.6 偏离、替代和澄清

偏离或不符项要全部体现偏差表中，买方不承认厂商/供货商报价中其他任何地方的偏离，也不负责去寻找这些偏离。

厂商/供货商收到订单后，除了买方在订单中认可的偏离和替代项以外，厂商/供货商应全部满足相关文件的要求。

 		项目名称：神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目	
业主文件编号	HQC-01300-185-SP-0038	文件名称	通用要求
寰球文件编号	2091G-01300-1810-18-SP-0006		

买方不负责寻找卖方报价中的偏离项，如果含有，卖方必须提交偏离清单给买方，且买方不承认超出公认清单的任何偏离。

3. 现场条件

大气压力（千帕）(kP a):

年平均气压	89.01
7 月平均气压	88.19
1 月平均气压	89.47
绝对最高气压	91.71
绝对最低气压	86.71