

神宁集团煤制油化工 研发中心 (盖章)	项目名称:	研发中心实验室设备采购		
	装置名称:	鼓风干燥箱		
项目号: _____	编号: _____		第 1 页 共 7 页	

神华宁煤集团煤制油化工研发中心

鼓风干燥箱规格书

研发中心 批准

签名: _____

日期: _____

主管领导 审批

签名: _____

日期: _____

版次	说明	编制	校核	技术审核	日期

附件 3:

目 录

- 1 技术要求
- 2 供货范围
- 3 推荐供货商

1 技术要求

温度范围：室温～300℃；

控温精度：≤±0.5℃ 温度波动：≤±1℃；

内胆尺寸：不小于800*800*800

程序升温：智能型程序温度控制器

具有设定、测定温度双数字显

立式，带搁板

保护装置：超温保护器，马达过载保护器，蜂鸣器,故障指示灯，无熔丝开关。(超温10度报警，不加温，不断电)

2 供货范围

- 2.1 数量：1台
- 2.2 主机配置（单台配置）

序号	名称	数量	备注
1	烘箱主机	1	
2	操作说明，仪器使用说明书、质量保修卡、仪器合格证、法定计量检定机构出具的检定证书，电源等	1	

3 推荐供货商

3.1 上海一恒科学仪器有限公司、重庆银河试验仪器有限公司、广州五所环境仪器有限公司或同等品牌