

神宁集团煤制油化工研发中心 (盖章)	项目名称:	研发中心实验室设备采购		
	装置名称:	真空干燥箱		
项目号: _____	编号: _____		第 1 页 共 7 页	

神华宁煤集团煤制油化工研发中心

真空干燥箱规格书

研发中心 批准

签名: _____

日期: _____

主管领导 审批

签名: _____

日期: _____

版次	说明	编制	校核	技术审核	日期

附件 3:

目 录

- 1 技术要求
- 2 供货范围
- 3 推荐供货商

1 技术要求

- 控温范围 ： 40-200℃；
- 温度分辨率： 优于±0.1℃；
- 温度波动度： ±1℃；
- 真空度： <133Pa；
- 载物托架： 不小于2层 ；
- 光滑圆角内腔；
- 定时范围： 0～999 分钟；
- 容积： 不小于100L；
- 液晶数字显示；
- 工作温度任意设定，并具有控温、定时、超温报警功能；
- 工作室采用不锈钢板（或拉丝板）；
- 门上带安全锁；
- 带电子调温器；
- 配气体进口、出口阀门，真空表，开关，指示灯及电缆；
- 单级旋转真空泵；
- 抽真空速度： 不小于4m³ /h；
- 整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高度真空。
- 烘箱及真空泵为防爆型
- 安全等级/保护类型： I/P20

2 供货范围

2.1 数量： 1台

2.2 主机配置（单台配置）

序号	名称	数量	备注
1	设备主机	1	
2	托架	2	

3	真空泵	1	
4	操作说明，电源等	1	
5	专用工具包	1	
6	氟橡胶门密封条	2	
7	气路管线	5米	
8	真空泵油，1L/瓶	1瓶	
9	仪器使用说明书、质量保修卡、仪器合格证、法定计量检定机构出具的检定证书，等。	1	

3 推荐供货商

3.1 重庆银河试验仪器有限公司、上海慧泰仪器制造有限公司、广州津威试验设备有限公司或同等品牌