

神宁集团煤制油化工 <u>研发中心</u> <u>(盖章)</u>	项目名称:	研发中心实验室设备采购	
	装置名称:	超声波清洗机	
项目号:	编号:		第 1 页 共 4 页

神华宁煤集团煤制油化工研发中心

超声波清洗机规格书

研发中心 批准

签名:_____

日期:_____

主管领导 审批

签名:_____

日期:_____

版次	说明	编制	校核	技术审核	日期

附件 3:

目 录

- 1 技术要求
- 2 供货范围
- 3 推荐供货商

1 技术要求

- *--超声功率：300W；超声功率可调（0%-100%）
- 温度可调：10℃-80℃；
- 定时器：最大时间>60min，时间可调；
- *--容积：10L
- 内槽尺寸（mm）：300×240×150
- *--其他要求：内外壁为不锈钢；超声频率可选择；数显记忆和设定；数显工作参数；
- 带有排水阀；

2 供货范围

- 2.1 用途：清洗设备配件等。
- 2.2 数量：1 台；
- 2.3 配置（单台）

序号	名称	数量	备注（原产地）
1	设备主机	1	
2	操作说明，电源等	1	
3	专用工具包	1	
4	不锈钢网架	1	
5	不锈钢盖	1	

2.4 随机备件

厂家提供满足仪器正常使用一年备件作为随机备件，可视各家仪器情况补充下表中的明细项，该项包含在总价范围内。

序号	名称	数量	备注（原产地）

2.5 两年备品备件

厂商根据仪器设备情况，提供确保仪器稳定运行两年的备品备件，供买

方审核，买方批准后方可执行，该项单独报价，包含在总价范围内

序号	名称	数量	备注（原产地）

3 推荐供货商

3.1 深圳市洁盟清洗设备有限公司、东莞市洁康超声波设备有限公司、 南京宁凯仪器有限公司或同等品牌